

### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |   |            |                  |
|------------|---|------------|------------------|
| Cliente:   | FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI  |            |                  |
| RUC:       | 3447-12-12727   | Fecha:     | 1/26/26, 4:49 PM |
| Dirección: | Ciudad Universitaria, David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, Chiriquí |            |                  |
| e-mail:    | lasef@unachi.ac.pa  | Teléfonos: | 507 6312-9776/   |
| Contacto:  | Ruth González   | Cargo:     | Analista LASEF.  |

### DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                          | Marca     | Modelo    | Intervalo      | Serie  | Observaciones Específicas   |
|-----|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|---|
| 1   | 65490   | Termómetro (temperatura data logger) | Madgetech | HiTemp140 | (-40 a 140) °C | T54548 | El equipo no esta respondiendo a la conexión con su software<br>Accesorios: -BASE Y CABLE USB |

### OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|   |           |                 |                                      |
|---|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN |           |                 |                                      |
| Elaborado por:                          | 8-847-307 | Katya Rodríguez | laboratorio2.panama@group-innovatec. |
| Entregó al Laboratorio:                 |           | Firma:          |                                      |