

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	ASTILLEROS PUERTO DE BALBOA, S.A		
RUC:	155706293-2-2021	Fecha:	2/18/26, 10:44 AM
Dirección:	Corregimiento Ancon, urbanizacion balboa, calle Ave Emanuel Vergara, PANAMA		
e-mail:	nadyi.espinosa@astibal.com	Teléfonos:	6928-9591/
Contacto:	Nadyi Espinosa	Cargo:	Tecnica Auxiliar

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66191	Termómetro	MMC International Corp.	D-2401-2	VER ESPECIFICACIONES	18535	Batería desgastada, Temperatura fuera de rango Accesorios: Caja del equipo
2	66193	Termómetro	MMC International Corp.	D-2401-2	VER ESPECIFICACIONES	18534	Batería desgastada, Cinta de medir rota lo que provoca que la medida del sensor este fuera de rango Accesorios: Caja del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	