

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12786

Asesor:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	IC Metrología, S.A		
RUC:	155679017-2-2019	Fecha:	8/13/25, 12:45 PM
Dirección:	Casa 84, Calle Espíritu Santo Tapia, Distrito de Aguadulce, Provincia de Panamá.,		
e-mail:	icm@icmetrologia.com	Teléfonos:	66820773/
Contacto:	Xavier Navas	Cargo:	Metrólogo

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59896	Vacuómetro	HUMBOLDT	No Indicado	(0 a -70) mmHg	INN-48525	Buen Estado Accesorios: Ninguno
2	59898	Profundímetro	CONTROLS	63-L2700/F	(0 a 38) mm	15001777	Buen Estado Accesorios: Ninguno
3	59902	Temporizador	Gilson	SS-22	(0 a 10) min	INN-59902	Buen Estado Accesorios: Ninguno
4	59903	Cronómetro digital	Gilson	SS-22	(0 a 10) min	INN-59903	Buen Estado Accesorios: Ninguno
5	59905	Cronómetro digital	WS Tyler	RX-30	(0 a 10) min	14-1523	Buen Estado Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	