

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONFIABILIDAD S.A.		
RUC:	155660876-2-2018	Fecha:	10/15/25, 3:37 PM
Dirección:	Ciudad de Panamá Corregimiento de Betania Edificio Villa Caceres Plaza, PANAMÁ		
e-mail:	jennipher.alfonso@ingelco.com	Teléfonos:	6168-2035/
Contacto:	Jennipher Alfonso	Cargo:	Gerente

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62332	DETECTOR DE ALTA TENSION	HASTINGS	7701	VER ESPECIFICACIONES	00062341	No enciende, rajadura en botón de power Accesorios: Estuche y Baterías

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	