

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13303

Asesor:

jv

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Consorcio Cuarto Puente		
RUC:	8-NT-2-736605	Fecha:	10/13/25, 9:48 AM
Dirección:	Edificio N°910, Calle Martinica, La Boca, Ancón, Ciudad de Panamá		
e-mail:	albertobonomo@cfbpc.com	Teléfonos:	/6371-4997
Contacto:	Sr. Alberto	Cargo:	No indicado

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62183	Torquímetro (3/4")	CHICAGO PNEUMATIC	CP8920	(100 a 550) ft.lb	CP8920-C00625-2024	EQUIPO NUEVO Accesorios: Estuche del Equipo; Manual instructivo
2	62184	Torquímetro (3/4")	CHICAGO PNEUMATIC	CP8920	(100 a 550) ft.lb	CP8920-C00639-2024	EQUIPO EN BUEN ESTADO Accesorios: Estuche del Equipo; Manual instructivo
3	62185	Multiplicador de Torque	AMPRO	T39964	(0 a 2500) Nm	INN-62185	EQUIPO NUEVO Accesorios: Caja del Equipo; Manual Instructivo; 1 llave Allen; 1 Adaptador de seguridad de 758 Nm
4	62186	Multiplicador de Torque	AMPRO	T39964	(0 a 2500) Nm	INN-62186	BUEN ESTADO; Equipo presenta oxidación en la barra Accesorios: Caja del Equipo; Manual Instructivo; 1 llave Allen; 1 Adaptador de seguridad de 758 Nm

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	