

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	PRODUCTOS ELECTRICOS DE CENTROAMERICA S.A (PRODELCA)		
RUC:	1253761-1-593852	Fecha:	4/20/26, 11:23 AM
Dirección:	Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de LAS MAÑANITAS, Calle AVENIDA JOSE MARIA		
e-mail:	gabrielcorrea@prodelcasa.com	Teléfonos:	6855-8415/
Contacto:	GABRIEL CORREA	Cargo:	No Indicado

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	68481	Torquímetro (3/8")	CTA	8900	(5 a 80) ft.lb	INN-68481	Equipo presenta oxidación; El tornillo de Bloqueo esta suelto. Accesorios: Estuche del Equipo
2	68482	Torquímetro (1/2")	TradeMaster TOOLS	TM30411	(20 a 150) ft.lb	INN-68482	El equipo lleo cargado; El mango lleo flojo, el tornillo de bloqueo no esta trabajando (el ajuste se sigue moviendo aunque se apriete) Accesorios: Caja del Equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	