

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A		
RUC:	1190049406001	Fecha:	8/21/24, 11:34 AM
Dirección:	VALLE / MAIQUETIA SN Y BRASILIA, LOJA (LOJA), ECUADOR		
e-mail:	ngodoy@ile.com.ec	Teléfonos:	073666170/098 643
Contacto:	Ing. Nancy Godoy	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	48618	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1345	Secador 1345
2	48632	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1202	Secador 1202
3	48636	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1344	Secador 1344
4	48637	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1263	Secador 1263
5	48638	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1089	Secador 1089
6	48639	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1090	Secador 1090
7	48640	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1264	Secador 1264
8	48642	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1038	Secador 1038
9	48643	Termocupla / Termopar [3pts]	BrainChild	BTC-4100	(40 a 100) °C	Secador 1203	Secador 1203
10	48645	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4709	Secador 4709
11	48646	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4707	Secador 4707
12	48647	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 7137	Secador 7137
13	48648	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 7154	Secador 7154
14	48649	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 4611	Secador 4611
15	48650	Termómetro Digital	AUTONICS	TC4Y	(-100 a 400) °C	Secador 1346	Secador 1346
16	48662	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	(-200 a 850) °C	Secador 1038.	Secador 1038
17	48663	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	(-200 a 850) °C	Secador 1089 .	Secador 1089
18	48664	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	(-200 a 850) °C	Secador 1090 .	Secador 1090
19	48665	Estufa/Horno	OMRON	E5CC	(-200 a 850) °C	Secador 1203 .	Secador 1203

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1716944382	Jonathan Fonseca	asistencia.tecnica@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		