

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	HIVIMAR S.A.		
RUC:	0990129185001	Fecha:	12/2/25, 1:23 PM
Dirección:	Av. Juan Tanca Marengo Km 2 1/2 y A. Freire, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	jep@hivimar.com	Teléfonos:	593 99 304 5507/
Contacto:	JUAN DANIEL ESCOBAR	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64025	Transmisor de Presión	ROSEMOUNT	3051C (ROSEMOUNT)	VER ESPECIFICACIONES	24SHPG0562121	Calibración In Situ
2	64026	Transmisor de Presión	ROSEMOUNT	3051C (ROSEMOUNT)	VER ESPECIFICACIONES	24SHPG0562123	Calibración In Situ
3	64027	TRANSMISOR DE VIBRACION	Metrics Instrument	ST5484E-151-0125-00	VER ESPECIFICACIONES	9310479	Calibración In Situ
4	64028	TRANSMISOR DE VIBRACION	Metrics Instrument	ST5484E-151-0125-00	VER ESPECIFICACIONES	9310478	Calibración In Situ
5	64029	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	1201838-003	Calibración In Situ
6	64031	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	1199679-002	Calibración In Situ
7	64032	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-64030	Calibración In Situ
8	64033	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-64031	Calibración In Situ
9	64034	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-64032	Calibración In Situ
10	64035	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-64033	Calibración In Situ
11	64036	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	MINCO PRODUCTS	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-64034	Calibración In Situ

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	