

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Heliflight Panama, S.A.		
RUC:	56172-0002-335370	Fecha:	8/6/25, 3:17 PM
Dirección:	Aeropuerto Marcos A. Gelabert Hangar 20 y 21 A., Panamá (Panamá), Panamá		
e-mail:	vmartinez@heliflightpty.com	Teléfonos:	378-6650/6831-
Contacto:	Verónica Martinez	Cargo:	Asistente Técnica

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59741	Torquímetro	SNAP ON	ATECH2F3100A	(5 a 100) ft.lb	0611601115	Mango con caucho despegado Accesorios: Estuche
2	59743	Torquímetro	SNAP-ON	TECH2FR100	(5 a 100) ft.lb	0613800509	caucho del mango despegado Accesorios: Estuche
3	59746	Torquímetro	ARMSTRONG	64-301	(0 a 75) in.lb	3726134	Buen Estado Accesorios: Ninguno
4	59747	Torquímetro	CHICAGO PNEUMATIC	CP8905	(50 a 250) in.lb	C00616-2014	Buen Estado Accesorios: Estuche del equipo
5	59750	Balanza	CHATILLON	IN-30	(0 a 15) kg	INN-59750	Buen Estado Accesorios: Ninguno
6	59751	Balanza	CHATILLON	IN-30	(0 a 15) kg	INN-59751	Buen Estado Accesorios: Ninguno
7	59752	Balanza	CHATILLON	IN-30	(0 a 15) kg	INN-59752	Buen Estado Accesorios: Ninguno
8	59754	INDICADOR DE DIAL	MITUTOYO	2414A	(0 a 0.5) in	BMGM70	Buen Estado Accesorios: Tornillería
9	59755	MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD	MITUTOYO	No indicado	(0 a 1) in	506535	Buen Estado Accesorios: Estuche del equipo, puntas intercambiables
10	59756	Manómetro	Eastern Technology	N/A	(0 a 100) psi	INN-59756	Buen Estado Accesorios: Ninguno
11	59757	Manómetro	Eastern Technology	N/A	(0 a 100) psi	INN-59757	Lente manchado, opaco Accesorios: Ninguno
12	59758	Manómetro	No Indicada	No Indicada	(0 a 160) psi	INN-59758	Buen Estado Accesorios: Ninguno
13	59759	Manómetro	No Indicada	No Indicada	(0 a 160) psi	INN-59759	Buen Estado Accesorios: Ninguno
14	59761	Manómetro	No Indicada	No Indicada	(0 a 160) psi	INN-59761	Buen Estado Accesorios: Ninguno
15	59763	Manómetro	NOSHOK	N/A	(0 a 100) psi	INN-59763	Buen Estado Accesorios: Ninguno
16	59764	Manómetro	NOSHOK	N/A	(0 a 100) psi	INN-59764	Buen Estado Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	