

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13494

Asesor:

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	3 M PANAMA S A		
RUC:	557-544-101637	Fecha:	10/30/25, 3:12 PM
Dirección:	PANAMA PACIFICO, PANAMERICAN CORPORATE CENTER, C FINAL, BODEGA 9065,		
e-mail:	mherandez8@mmm.com	Teléfonos:	6530-1334/6530-
Contacto:	Mayo Hernandez	Cargo:	Quality Technician

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62978	Balanza	Conair	TrueBlend	(0 a 10) kg	556864	Buen Estado Accesorios: Ninguno
2	62979	Balanza [>1 a 5] kg	OHAUS	RC31P3	(0 a 3000) g	8340210214	Buen Estado Accesorios: NINGUNO
3	62980	Balanza [>1 a 5] kg	OHAUS	RC31P1502	(0 a 1500) g	8338270164	Buen Estado Accesorios: NINGUNO
4	62981	Balanza [>20 a 100] kg	WEIGH TEK	JADE	(0 a 100) kg	261029582	Buen Estado Accesorios: NINGUNO

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	