

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-13938

Asesor:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INGENIERIA Y PRODUCTOS ELECTROMECANICOS S A (IPELSA)		
RUC:	1457272-1-639349	Fecha:	1/8/26, 12:36 PM
Dirección:	Corregimineto de Bella Vista, Calle H, PANAMA (PANAMA), PANAMÁ		
e-mail:	cmacias@ipelsa.com	Teléfonos:	6505-4051/6505-
Contacto:	Carlos Macías	Cargo:	Gerente

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64906	Multímetro	Fluke	289	VER ESPECIFICACIONES	35980067	Sulfatos en los contactos de Batería, Posible derrame de ácido de batería en el compartimiento Accesorios: Puntas de Prueba

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	