

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12590

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER		
RUC:	1711539328001	Fecha:	7/19/25, 4:17 PM
Dirección:	MANZANA 3 VILLA 21 MZ 3 V 21 Y VIA 10, DAULE (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	alexis.x.ortiz@gmail.com	Teléfonos:	0998113636/
Contacto:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59186	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255924	Florida L2 - Sección 1
2	59187	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255925	Florida L3 - Línea 3
3	59188	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255923	Florida L1 - Sección 1
4	59189	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255922	Chillos - Línea 4
5	59190	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255920	Chillos - Línea 2
6	59191	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255921	Chillos - Línea 3
7	59192	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255851	Carapungo - Línea 4
8	59193	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255852	Carapungo - Línea 5
9	59194	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255848	Carapungo - Línea 2
10	59195	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255849	Carapungo - Línea 3
11	59196	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255919	CRTV Isidro Línea 4
12	59197	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255917	CRTV Isidro Línea 2
13	59198	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255918	Isidro - Línea 3
14	59199	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255856	Guamaní L4 alambre salido (microfono)
15	59200	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255853	Guamaní L1
16	59201	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255857	Guamaní L5

17	59202	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255855	Guamaní L2
18	59203	Sonómetro (Calibración Eléctrica + Acústica)	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB	T255860	Guajaló L2
19	59204	Sonómetro	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB (8 a 16000) Hz	T255861	Guajaló L3
20	59205	Sonómetro	CESVA	SC250	(16.5 a 140.1) dB (8 a 16000) Hz	T255916	Guajaló L4

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1719064121	Estephanie Estrada	asistencia.tecnica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	