

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	BRIGADA DE SELVA N 17 PASTAZA		
RUC:	1768004370001	Fecha:	8/25/25, 3:05 PM
Dirección:	AV. PADRE LUIS JACOME S/N, SHELL (PASTAZA), ECUADOR		
e-mail:	shubertsimbana@gmail.com	Teléfonos:	593 99 766 9340/
Contacto:	SBTE SHUBERT SIMBAÑA	Cargo:	ADMINISTRADOR

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60487	Multímetro	Fluke	87 III	VER ESPECIFICACIONES	75440262	Sin tapa de batería Requiere una batería de 9V Equipo sin tornillos No enciende el display Accesorios: Ninguna
2	60488	Multímetro	FLUKE	87V	VER ESPECIFICACIONES	35950097	El equipo refleja error F8 en la pantalla Tapa de batería rota Requiere una batería de 9V Accesorios: ninguna
3	60489	Tensiómetro de Cable (CABLE TENSIO METER)	PACIFIC SCIENTIFIC	T5	(0 a 100) lb	72055	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo x1 placa roja x3 pesas Manuales
4	60490	Torquímetro	SNAP ON	QJR3200 C	(30 a 200) ft.lb	06840012824	NINGUNA Accesorios: NINGUNA
5	60491	Manómetro	PASCO	2E	(0 a 160) psi	INN-60491	NINGUNA Accesorios: Consta de dos manómetros manguera de presión

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1724408750	Diego Anderson Acosta Molina	operaciones1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	