

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12925

Asesor:

DAA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|---|------------|------------------|
| Cliente: | BRIGADA DE SELVA N 17 PASTAZA | | |
| RUC: | 1768004370001 | Fecha: | 8/25/25, 3:05 PM |
| Dirección: | AV. PADRE LUIS JACOME S/N, SHELL (PASTAZA), ECUADOR | | |
| e-mail: | shubertsimbana@gmail.com | Teléfonos: | 593 99 766 9340/ |
| Contacto: | SBTE SHUBERT SIMBAÑA | Cargo: | ADMINISTRADOR |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------|--|
| 1 | 60487 | Multímetro | Fluke | 87 III | VER ESPECIFICACIONES | 75440262 | Sin tapa de batería Requiere una batería de 9V Equipo sin tornillos No enciende el display Accesorios: Ninguna |
| 2 | 60488 | Multímetro | FLUKE | 87V | VER ESPECIFICACIONES | 35950097 | El equipo refleja error F8 en la pantalla Tapa de batería rota Requiere una batería de 9V Accesorios: ninguna |
| 3 | 60489 | Tensiómetro de Cable (CABLE TENSIOMETER) | PACIFIC SCIENTIFIC | T5 | (0 a 100) lb | 72055 | NINGUNA Accesorios: Caja del equipo x1 placa roja x3 pesas Manuales |
| 4 | 60490 | Torquímetro | SNAP ON | QJR3200 C | (30 a 200) ft.lb | 06840012824 | NINGUNA Accesorios: NINGUNA |
| 5 | 60491 | Manómetro | PASCO | 2E | (0 a 160) psi | INN-60491 | NINGUNA Accesorios: Consta de dos manómetros manguera de presión |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|
| Elaborado por: | 1724408750 | Diego Anderson Acosta Molina | operaciones1@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesora,
 Proyectos de Ingeniería, y más...