

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12938

Asesor:

DAA

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CONSORCIO LINEA TISALEO TOTORAS		
RUC:	1793223408001	Fecha:	8/26/25, 3:13 PM
Dirección:	Palora Oe2-37 y Amazonas, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	kacosta@jrelectric.com.ec	Teléfonos:	+593 98 609
Contacto:	KEVIN ACOSTA		Cargo:

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60560	Medidor de Espesores	EXTECH	CG204	VER ESPECIFICACIONES	210718030	Requiere dos pilas triple A Accesorios: Estuche del equipo

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1724408750	Diego Anderson Acosta Molina	operaciones1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesora,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...