

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|            |                                                                 |            |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cliente:   | BEBIDAS ARCACONTINETAL ECUADOR ARCADOR S.A.                     |            |                    |
| RUC:       | 1792411149001                                                   | Fecha:     | 12/22/25, 11:22 AM |
| Dirección: | AV. ISAAC ALBENIZ E4-58 Y EL MORLAN, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                    |
| e-mail:    | Diego.Simbana@arcacontal.com                                    | Teléfonos: | (02) 412690 Ext.:  |
| Contacto:  | ING. DIEGO SIMBAÑA                                              | Cargo:     | Supervisor de      |

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

| Nro | Ingreso | Instrumento                  | Marca    | Modelo | Intervalo            | Serie     | Observaciones Específicas                                         |
|-----|---------|------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 64572   | Termómetro Bimetálico [3pts] | WIKA     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.608SJ2 | Escala: 1 Error en 30 - 0 Error en 50 - 0 Error en 90 - 0         |
| 2   | 64573   | Termómetro Bimetálico [3pts] | WIKA     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.618SJ1 | Escala: 1 Patrón UBP 30 - 29 50 - 49                              |
| 3   | 64575   | Termómetro Bimetálico [3pts] | WIKA     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.621SJ2 | Escala: 1 Error en 30 - 0 Error en 50 - 0                         |
| 4   | 64576   | Termómetro Bimetálico [3pts] | ASHCROFT | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.619SJ1 | Escala 2 Patrón UBP 30 30 50 50 90                                |
| 5   | 64577   | Termómetro Bimetálico [3pts] | ASHCROFT | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.617SJ1 | Escala 2 Patrón UBP 30 30 50 50                                   |
| 6   | 64578   | Termómetro Bimetálico [3pts] | WIKA     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.620SJ2 | Escala: 1 Error en 30 - 0 Error en 50 - 1=49 Error en 90 - 1=89   |
| 7   | 64579   | Termómetro Bimetálico [3pts] | ASHCROFT | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.615SJ1 | Escala 2 Patrón UBP 30 30                                         |
| 8   | 64580   | Termómetro Bimetálico [3pts] | MENGTE   | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.613SJ1 | Escala: 2 Patrón UBP 30 30 50 50                                  |
| 9   | 64581   | Termómetro Bimetálico [3pts] | WIKA     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | TI.616SJ1 | Escala: 1 Error en 30 - 0 Error en 50 - 1=49 Error en 90 - 1 = 89 |

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

|                         |            |                |                                  |
|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
|                         |            |                |                                  |
| Elaborado por:          | 1751578731 | Isaac Calle H. | laboratorio4@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:         |                                  |