

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	COINSECA PANAMA S.A		
RUC:	155645819-2-2017	Fecha:	7/15/24, 7:20 AM
Dirección:	Juan Diaz, Urb. Via Marcelo, frente a procesadora Melo., Panamá (Panamá),		
e-mail:	calidad@coinseca.com.pa	Teléfonos:	6241-2122/6241-
Contacto:	Ing. Ruben Gutierrez	Cargo:	

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	47566	Medidor de Aislamiento	MEGGER	MIT1025	VER ESPECIFICACIONES	101195221	Muestra variabilidad en el voltaje aplicado, principalmente en los rangos bajos. Accesorios: CABLES

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8804638	Edwin Carvajal	laboratorio.panama@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	