

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-12875

Asesor:

FB

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--|------------|---------------------|
| Cliente: | GLOBALCHEM QUÍMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA. | | |
| RUC: | 1792022673001 | Fecha: | 8/20/25, 11:37 AM |
| Dirección: | CALLE N74C E4-62 Y AVENIDA ELOY ALFARO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR | | |
| e-mail: | paulinaarevalo@globalchem.com.ec | Teléfonos: | 022802326/ |
| Contacto: | Ing. Paulina Arévalo | Cargo: | Analista de Control |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|--|-------------------|------------------|---|-------------|---|
| 1 | 60228 | Termómetro Digital | Boeco Germany | BOE 311 | (-50 a 300) °C | LMT-07 | NINGUNA |
| 2 | 60229 | Termómetro Digital | BOECO | BOE 311 | (-50 a 300) °C | INN-22837 | El equipo enciende pero No mide Presenta una fisura de la salida del sensor Se visualiza que ha sido manipulado internamente Accesorios: Estuche del equipo |
| 3 | 60230 | Balon Aforado | ISOLAB | NS 12/21 | (0 a 50) ml | LVL-34 | NINGUNA Accesorios: Caja del equipo |
| 4 | 60231 | Medidor de Conductividad + Temperatura | HANNA INSTRUMENTS | HI98312 | (0.00 a 20.00) mS/cm (-5 a 60) °C | 06260152101 | NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo Soluciones |
| 5 | 60232 | Micropipeta Graduada | Mettler Toledo | Rainin L-300 XLS | (20 a 300) ul | 17014243 | NINGUNA Accesorios: Caja del Equipo X1 Funda con soluciones |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Elaborado por: | 1725499238 | Fernando Betancourt | repcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesora, Proyectos de Ingeniería, y más...