

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	QUIFATEX S.A.		
RUC:	1790371506001	Fecha:	9/15/25, 2:20 PM
Dirección:	Panamericana Norte km 14.5 entre pasaje Cepeda y Calle Leonidas Proaño, QUITO		
e-mail:	brayan.caizaluisa@quifatex.com	Teléfonos:	2995100 ext.
Contacto:	Ing. Brayan Caizaluisa	Cargo:	Especialista de

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	61298	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027111	NINGUNA
2	61299	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027113	NINGUNA
3	61300	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027115	NINGUNA
4	61301	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027116	NINGUNA
5	61302	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027126	NINGUNA
6	61303	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027147	NINGUNA
7	61304	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045026921	NINGUNA
8	61305	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045026924	NINGUNA
9	61306	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027079	NINGUNA
10	61307	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027082	NINGUNA
11	61308	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027085	NINGUNA
12	61309	Termómetro (Datalogger - WIFI)	LOGTAG	UTRID-16	(-30 a 70) °C	6045027109	NINGUNA
13	61310	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX	(-30 a 500) °C	30422122WS	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento
14	61311	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX	(-30 a 500) °C	37561490WS	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		