

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP		
RUC:	1792371694001	Fecha:	1/21/25, 9:02 AM
Dirección:	LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	jmartinezt@cpp.com.ec	Teléfonos:	2988700/
Contacto:	ING. JORGE MARTINEZ	Cargo:	NA

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	53237	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB103385	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
2	53238	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB153105	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
3	53239	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB120847	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
4	53240	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB103357	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
5	53241	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB96933	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
6	53242	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB135901	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
7	53243	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB148811	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
8	53244	Alcoholímetro	CMI Inc	AlcoBlow	VER ESPECIFICACIONES	AB148017	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo NO tiene baterías (X4-2A)
9	53245	Indicador de Rotación de Fase	FLUKE	9062	VER ESPECIFICACIONES	45890255WS	NINGUNA Accesorios: X1 Par de Cables de conexión
10	53246	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	568 IR	(-40 a 800) °C	23650005	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo tiene Baterías agotadas (X2-2A) Accesorios: Caja del equipo Manuales
11	53247	Equipo de prueba de alto voltaje (VLF)	HV DIAGNOSTICS	HVA 60	VER ESPECIFICACIONES	GH0204.14C006	NINGUNA Accesorios: Caja de transporte X1 Cable de alta tensión con terminales tipo lagarto X2 Cables de poder X3 Cables de conexión con terminales tipo lagarto X2 Rollos de cables X1 Regleta X3 Acoles X1 Caja de tornillos

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	reception.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	