

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--|------------|--------------------|
| Cliente: | AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. | | |
| RUC: | 0590028665001 | Fecha: | 1/30/26, 10:10 AM |
| Dirección: | TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE (Km. 21), LATACUNGA (COTOPAXI), ECUADOR | | |
| e-mail: | cristian_villa316@hotmail.com | Teléfonos: | 23995200/099 584 |
| Contacto: | ING. CRISTIAN VILLA | Cargo: | Control de calidad |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 65659 | Balanza Digital | Mettler Toledo | IND231 | (0 a 60) Kg | B439067396 | Calibración In Situ |
| 2 | 65660 | Balanza >1 a 5] kg | SHIMADZU | TX3202L | (0 a 3200) g | D465632991 | Calibración In Situ |
| 3 | 65661 | Balanza Digital | IMAL | Weight Amplifier Transmitter | (0 a 400) Kg | MDF-WT135 | Calibración In Situ |
| 4 | 65662 | Balanza [>20 a 100] kg | IMAL | DT8800 | (0 a 100) kg | SAPIAMP0021 | Calibración In Situ |
| 5 | 65663 | Estufa/Horno | MEMMERT | SM 400 | (Amb a 220) °C | B401.1191 | Calibración In Situ |
| 6 | 65664 | Balanza con Tallímetro | DETECTO | 2381 | (0 a 200) kg (60 a 210) cm | SSO-1588 | Calibración In Situ |
| 7 | 65665 | Manómetro Analógico | SPAN | N/A | (0 a 300) psi | SSO-MAN | Calibración In Situ |
| 8 | 65666 | Sonómetro | Hong Yan | HY1361 | (35 a 130) dB | SSO-SON | Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Cable usb |
| 9 | 65667 | Balanza | METTLER TOLEDO | PG5002-S | (0 a 5100) g | 1116430753 | Calibración In Situ |
| 10 | 65668 | Balanza | IMAL | BL100 LCD | (0 a 2000) g | 160282 | Calibración In Situ |
| 11 | 65669 | Balanza Digital | IMAL | BL100 LCD | (0 a 2000) g | 153082 | Calibración In Situ |
| 12 | 65670 | Estufa/Horno | LABSTAC | N/A | (0 a 105) °C | LSN003277 | Calibración In Situ |
| 13 | 65671 | Balanza Digital | IMAL | UM2000 | (0 a 800) g | MI05194 | Calibración In Situ |
| 14 | 65672 | Estufa/Horno | MEMMERT | BE 400 | (0 a 105) °C | B400.0242 | Calibración In Situ |
| 15 | 65673 | Balanza Digital | SARTORIUS | ENTRIS2241-1S | (0 a 220) g | 33803337 | Calibración In Situ |
| 16 | 65674 | Termohigrometro (datalogger) | N/A | N/A | (-50 a 70) °C | LABFORM-THSC-02 | Calibración In Situ |
| 17 | 65675 | Balanza Digital | CAMRY | TCS-150-JE21 | (0 a 150) kg | MOL-BAL-01 | Calibración In Situ |
| 18 | 65676 | Balanza Digital | METTLER TOLEDO | ME4002T/00 | (0 a 4200) g | B650460772 | Calibración In Situ |
| 19 | 65677 | Balanza Digital | ISOLAB | 1.602.31.006 | (0 a 4200) g | S202204074 | Calibración In Situ NO SE ESTABILIZA SE DA DE BAJA |
| 20 | 65681 | Balanza Digital | METTLER TOLEDO | IND221 | (0 a 150) kg | 00244226EN | Calibración In Situ |
| 21 | 65682 | Balanza Digital | IMAL | Weight Amplifier Transmitter | (0 a 400) Kg | AGL-405BAL | Calibración In Situ |
| 22 | 65683 | Balanza Pequeña | METTLER TOLEDO | BBA221-3BC150C | (0 a 60) Kg | B842606315 | Calibración In Situ |
| 23 | 65686 | Balanza | SHIMADZU | TXB622L | (0 a 620) g | MOL-BAL-03 | Calibración In Situ |
| 24 | 65836 | Termohigrometro (datalogger) | N/A | N/A | (-50 a 70) °C | LABFORM-THSC-01 | Calibración In Situ |

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC
Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14123

Asesor:

SM

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| Elaborado por: | 1725751984 | Steven Muñoz | laboratorio5@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |