

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.		
RUC:	0590028665001	Fecha:	1/30/26, 10:10 AM
Dirección:	TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE (Km. 21), LATACUNGA (COTOPAXI), ECUADOR		
e-mail:	cristian_villa316@hotmail.com	Teléfonos:	23995200/099 584
Contacto:	ING. CRISTIAN VILLA	Cargo:	Control de calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65659	Balanza Digital	Mettler Toledo	IND231	(0 a 60) Kg	B439067396	Calibración In Situ
2	65660	Balanza >1 a 5] kg	SHIMADZU	TX3202L	(0 a 3200) g	D465632991	Calibración In Situ
3	65661	Balanza Digital	IMAL	Weight Amplifier Transmitter	(0 a 400) Kg	MDF-WT135	Calibración In Situ
4	65662	Balanza [>20 a 100] kg	IMAL	DT8800	(0 a 100) kg	SAPIAMP0021	Calibración In Situ
5	65663	Estufa/Horno	MEMMERT	SM 400	(Amb a 220) °C	B401.1191	Calibración In Situ
6	65664	Balanza con Tallímetro	DETECTO	2381	(0 a 200) kg (60 a 210) cm	SSO-1588	Calibración In Situ
7	65665	Manómetro Analógico	SPAN	N/A	(0 a 300) psi	SSO-MAN	Calibración In Situ
8	65666	Sonómetro	Hong Yan	HY1361	(35 a 130) dB	SSO-SON	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Cable usb
9	65667	Balanza	METTLER TOLEDO	PG5002-S	(0 a 5100) g	1116430753	Calibración In Situ
10	65668	Balanza	IMAL	BL100 LCD	(0 a 2000) g	160282	Calibración In Situ
11	65669	Balanza Digital	IMAL	BL100 LCD	(0 a 2000) g	153082	Calibración In Situ
12	65670	Estufa/Horno	LABSTAC	N/A	(0 a 105) °C	LSN003277	Calibración In Situ
13	65671	Balanza Digital	IMAL	UM2000	(0 a 800) g	MI05194	Calibración In Situ
14	65672	Estufa/Horno	MEMMERT	BE 400	(0 a 105) °C	B400.0242	Calibración In Situ
15	65673	Balanza Digital	SARTORIUS	ENTRIS2241-1S	(0 a 220) g	33803337	Calibración In Situ
16	65674	Termohigrometro (datalogger)	N/A	N/A	(-50 a 70) °C	LABFORM-THSC-02	Calibración In Situ
17	65675	Balanza Digital	CAMRY	TCS-150-JE21	(0 a 150) kg	MOL-BAL-01	Calibración In Situ
18	65676	Balanza Digital	METTLER TOLEDO	ME4002T/00	(0 a 4200) g	B650460772	Calibración In Situ
19	65677	Balanza Digital	ISOLAB	1.602.31.006	(0 a 4200) g	S202204074	Calibración In Situ NO SE ESTABILIZA SE DA DE BAJA
20	65681	Balanza Digital	METTLER TOLEDO	IND221	(0 a 150) kg	00244226EN	Calibración In Situ
21	65682	Balanza Digital	IMAL	Weight Amplifier Transmitter	(0 a 400) Kg	AGL-405BAL	Calibración In Situ
22	65683	Balanza Pequeña	METTLER TOLEDO	BBA221-3BC150C	(0 a 60) Kg	B842606315	Calibración In Situ
23	65686	Balanza	SHIMADZU	TXB622L	(0 a 620) g	S202204074	Calibración In Situ
24	65836	Termohigrometro (datalogger)	N/A	N/A	(-50 a 70) °C	LABFORM-THSC-01	Calibración In Situ

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC
Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14123

Asesor:

SM

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	