

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	MENDOGAS S.A.		
RUC:	0690073706001	Fecha:	4/15/26, 12:30 PM
Dirección:	KM. 12 VIA A GUARANDA SECTOR CHANCAHUAN, RIOBAMBA (CHIMBORAZO),		
e-mail:	mendogas_s.a@andinanet.net	Teléfonos:	/032620300
Contacto:	ING. FABIÁN OROZCO	Cargo:	Gerente

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	68346	Balanza Pequeña	SIRAGA	ULIS II	(0 a 50) Kg	5379_11400	Calibración In Situ Accesorios: NA
2	68347	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	5379_31250	Calibración In Situ
3	68348	Balanza mediana	BRECKNELL	SBI100(US)	(0 a 50) Kg	1113000045	Calibración In Situ Accesorios: NA
4	68349	Balanza mediana	EXCELL	SUPER	(0 a 150) kg	A1520623	Calibración In Situ
5	68350	Balanza [>20 a 50] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 50) Kg	5379_31401	Calibración In Situ
6	68351	Manómetro Analógico [0 a 500] psig	GV	OP	(0 a 400) psi	INN-28131	Calibración In Situ
7	68352	Manómetro	Ases	na	(0 a 300) psi	inn-52040	Calibración In Situ
8	68353	Manómetro Analógico [0 a 500] psig	GV	OP	(0 a 240) psi	INN-28132	Calibración In Situ
9	68354	Balanza mediana	AVERY WEIGH TRONIX	ZM301-AD1	(0 a 100) Kg	123350217	Calibración In Situ Accesorios: NA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:			Firma: