

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	TRANSFORMADORES FOIS S.A.		
RUC:	2422771-1-808121	Fecha:	1/30/26, 1:15 PM
Dirección:	Calle primera Juan Díaz, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
e-mail:	soporte@transformadoresfois.com	Teléfonos:	290-1024/
Contacto:	YARITZA	Cargo:	NO INDICADO

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65720	Medidor de Aislamiento	AEMC	6505	VER ESPECIFICACIONES	.148512MJDV	N/A Accesorios: Mochila con cables de conexión y cable de CA para carga
2	65722	Medidor de Relación de Transformación	AEMC	8510	VER ESPECIFICACIONES	154915NBDV	Equipo no enciende, Batería descargada Accesorios: Mochila con cables de conexión y cargador

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	