

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Inter Nepro S.A		
RUC:	155588193-2-2014	Fecha:	2/20/26, 3:47 PM
Dirección:	Bethania, Calle La Gloria, Ave 19 C Norte, Casa 2G, Panamá (Panamá), Panamá		
e-mail:	comercial@internepro.com.pa	Teléfonos:	6330-1514/6330-
Contacto:	Julio E. Sanchez	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66336	Manómetro Analógico	NUOVA FIMA	NO IDENTIFICABLE	(0 a 145) psi	INN-66336	Equipo presenta oxidación Accesorios: Ninguno
2	66337	Manómetro Analógico	HOSE MONSTER	BIGBOY	(0 a 2700) gpm	INN-38585	Equipo presenta oxidación; aguja del manómetro desviada del cero Accesorios: Ninguno
3	66338	Manómetro Analógico	HOSE MONSTER	NO INDICADO	(0 a 160) psi	INN-38584	Equipo presenta oxidación; Llego sin glicerina (no tiene liquido); aguja del manómetro desviada del cero Accesorios: Ninguno
4	66339	Manómetro Analógico	BOSHART	No identificable	(0 a 200) psi	INN-49298	Equipo presenta oxidación Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	