

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-12600

Asesor:

RO

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	BA LABORATORIOS S.A.		
RUC:	155605822-2-2015	Fecha:	7/21/25, 11:05 AM
Dirección:	Pacora Parque Industrial Las Americas Local H11, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
e-mail:	sscott@grupo-ba.com	Teléfonos:	+507 6466-7106/
Contacto:	Sucel Scott	Cargo:	Jefa de Laboratorio

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59229	Balanza Analítica/Microbalanza	RADWAD	AS 510.3Y	VER ESPECIFICACIONES	400688	Presenta manchas de oxidación en la parte superior. Respuesta lenta en el teclado Accesorios: NINGUNO
2	59245	Turbidímetro	HACH	2100N	VER ESPECIFICACIONES	15030C032740	BUEN ESTADO Accesorios: Ninguno
3	59246	Bomba de Vacío	vacuumbrand	ME 2C NT	VER ESPECIFICACIONES	38593806	BUEN ESTADO Accesorios: NINGUNO

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	670853	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	