

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-12467

Asesor:

FB

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	VILLACIS MARIÑO MAYRA SUSANA		
RUC:	1600325508001	Fecha:	7/7/25, 11:38 AM
Dirección:	SAN BARTOLO / MORASPUNGO LT-37 Y S12K, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	info.ventas.saude@gmail.com	Teléfonos:	/998709745
Contacto:	VILLACIS MARIÑO MAYRA SUSANA	Cargo:	Ventas

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	58701	Desfibrilador	CARDIAC SCIENCE	POWERHEART AED G3	(95 a 360) J	5120654	NINGUNA Accesorios: Caja de cartón X1 Batería X1 Juego de Parches
2	58702	Manovacuómetro	SCHUCO	S430A	(0 a 760) mmHg	15010976	NINGUNA Accesorios: X1 Recipiente plástico X1 Manguera
3	58703	Vacuómetro de Succionador	MEDQUIP	SU-01	(0 a -760) mmHg	000362	NINGUNA Accesorios: Caja de cartón X1 Recipiente
4	58704	Estufa/Horno	OVENS	N/A	(-50 a 300) °C	INN-23907	EL equipo presenta golpes y deformaciones en su carcasa Accesorios: X2 Bandejas Metálicas
5	58705	Estufa/Horno	K-STERIL	N/A	(0 a 150) °C	INN-42460	NINGUNA Accesorios: X1 Bandeja

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	