

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.		
RUC:	1790370690001	Fecha:	8/5/25, 2:18 PM
Dirección:	AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCON DEL VALLE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	atobo@danec.com	Teléfonos:	022330301/0984250
Contacto:	Ing. Andres Segundo Tobo Verdezoto	Cargo:	INVESTIGACIÓN &

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59680	Balanza Digital	OHAUS	BW6US	(0 a 15) Kg	RW511256CQ	BO-01
2	59681	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8340075241	BO-14
3	59682	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	5201900469	SV-05 ANTES BO-18 50KG 0.023KG OK TODO ERROR +0.02
4	59683	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	BO-18	BO-18 ANTES BO-19 100KG 0.05KG ERROR 29.95 59.9 99.9 KG. INFORME DE NO CAL SOLO MT.
5	59684	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	7131301278	LP-01
6	59685	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	RW511006CQ	LP-03
7	59686	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8338157108	LP-14
8	59687	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8339500258	LP-17
9	59688	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	682681 / 20	LP-24
10	59689	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	B247547110	SV-01 1510g 0.01 G OK
11	59690	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	SV-02	SV-02 100 kg 0.02kg mucho oxido. switch invertido patas ok. cambio bteria recom. mt ok
12	59691	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8340325424	SV-03 12000G 1G SUCIO. MT OK
13	59692	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8335208776	SV-04 600G 0.1 G MT OK
14	59693	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	0239389-6JN	ID-02 solo mt. cambio de display. celda ok. cotizar dar baja display
15	59694	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	B323417439	ID-03 100kg 0.05 mt ok
16	59695	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8331397818	ID-05 3200g 0.2g plasticos rotos. no afecta . ok
17	59696	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	7126100350	PS-01 400G 0.01G PIN CARGA FLOJO. SIRVE OK
18	59704	Balanza	MAQ	RJ-IND-8201	VER ESPECIFICACIONES	240860203	SV-06 ADICIONAL A COT. 100KG 0.001KG OK PATAS BIEN

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1716944382	Jonathan Fonseca	asistencia.tecnica@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	