

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.		
RUC:	1790370690001	Fecha:	8/5/25, 2:18 PM
Dirección:	AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCON DEL VALLE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	atobo@danec.com	Teléfonos:	022330301/0984250
Contacto:	Ing. Andres Segundo Tobo Verdezoto	Cargo:	INVESTIGACIÓN &

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59681	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8340075241	BO-14 6000GR 1GR -1GR PLASTICOS BIEN. 1 PATA DE TORNILLO MT OK
2	59682	Balanza Digital	BAXTRAN	BR 15	(0 a 50) Kg	5201900469	SV-05 ANTES BO-18 50KG 0.023KG OK TODO ERROR +0.02
3	59683	Balanza Digital	CAMRY	TCS-150-ZE61ZB	(0 a 150) kg	BO-18	BO-18 ANTES BO-19 100KG 0.05KG ERROR 29.95 59.9 99.9 KG. INFORME DE NO CAL SOLO MT.
4	59684	Balanza Digital	OHAUS	Scout Pro SP6001	(0 a 600) g	7131301278	LP-01 600G 0.1G PLASTICO ROTO ATRAS. ERROE .3 EN 600
5	59685	Balanza Digital	OHAUS	BW6US	(0 a 15000) g	RW511006CQ	LP-03 15000G 5G OK. PATAS SUCIAS PERO NO ROTAS. MT OK
6	59686	Balanza Digital	OHAUS	V22PWE6T	(0 a 6000) g	8338157108	LP-14 EQUIP EN OTRO LAB. PENDIENTE ENVIAR A INN
7	59687	Balanza Digital	OHAUS	R31P3	(0 a 3000) g	8339500258	LP-17 3000G 1G ERROR -1G ESTABA MODO COUNT. CAMBIADO A MODO PESADO CONT. MT OK SIN PLASTICO TAPA INFERIOR
8	59688	Balanza Digital	BOECO	BAS 31 PLUS	(0 a 220) g	682681 / 20	LP-24 220G MT OK. VIDRIOD BIN Y LIMPIOS. SINOVEDAD
9	59689	Balanza Digital	OHAUS	PA1510	(0 a 1510) g	B247547110	SV-01 1510g 0.01 G OK
10	59690	Balanza Digital	B&B	N/A	(0 a 100) Kg	SV-02	SV-02 100 kg 0.02kg mucho oxido. switch invertido patas ok. cambio bteria recom. mt ok
11	59691	Balanza Digital	OHAUS	NVT1200	(0 a 12000) g	8340325424	SV-03 12000G 1G SUCIO. MT OK
12	59692	Balanza Digital	OHAUS	Scout Pro SP601	(0 a 600) g	8335208776	SV-04 600G 0.1 G MT OK
13	59694	Balanza Digital	OHAUS	T31P	(0 a 100) Kg	B323417439	ID-03 100kg 0.05 mt ok
14	59695	Balanza Digital	OHAUS	NTV3201/1	(0 a 3200) g	8331397818	ID-05 3200g 0.2g plasticos rotos. no afecta . ok
15	59696	Balanza Digital	OHAUS	Scout Pro SP402	(0 a 400) g	7126100350	PS-01 400G 0.01G PIN CARGA FLOJO. SIRVE OK
16	59704	Balanza	Electronic Scale	RJ-IND-8201	(0 a 100) kg	240860203	SV-06 ADICIONAL A COT. 100KG 0.001KG OK PATAS BIEN

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1716944382	Jonathan Fonseca	asistencia.tecnica@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	