

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Cliente:	ALMEIDA VILLAVICENCIO SORIA INGENIERIA CIA. LTDA.		
RUC:	1791400097001	Fecha:	2/9/26, 2:54 PM
Dirección:	PICHINCHA LOTE 9 Y TUNGURAHUA, CALDERON (CARAPUNGO) (PICHINCHA),		
e-mail:	wleon@avsingenieria.com	Teléfonos:	2827938/099415022
Contacto:	WILSON LEON	Cargo:	JEFE DE TALLER

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65997	Manómetro analógico	SPAN	002-014-X	(0 a 300) psi	INN-65997	NINGUNA
2	65998	Manómetro analógico	SPAN	002-014-X	(0 a 300) psi	INN-65998	NINGUNA
3	65999	Manómetro analógico	SPAN	002-014-X	(0 a 300) psi	INN-65999	El equipo tiene roto el tapón de la glicerina y se encuentra sin glicerina
4	66000	Manómetro analógico	WINTERS	PFQ-ZR SERIES	(0 a 300) psi	INN-66000	NINGUNA
5	66001	Manómetro analógico	WINTERS	PFQ-ZR SERIES	(0 a 300) psi	INN-66001	NINGUNA
6	66002	Manómetro analógico	GT	N/A	(0 a 240) psi	INN-66002	NINGUNA
7	66003	Manómetro analógico	GT	N/A	(0 a 240) psi	INN-66003	NINGUNA
8	66004	Manómetro analógico	GT	N/A	(0 a 150) psi	INN-53492	NINGUNA
9	66005	Manómetro analógico	WINTERS	N/A	(0 a 300) psi	INN-66006	NINGUNA
10	66006	Manómetro analógico	Wgtc	401L4PG	(0 a 300) psi	INN-32202	NINGUNA
11	66007	Manómetro analógico	Wgtc	401L4PG	(0 a 300) psi	INN-32201	NINGUNA
12	66008	Manómetro Analógico	Wgtc	401L4PG	(0 a 300) psi	INN-33475	NINGUNA
13	66009	Manómetro analógico	Wgtc	401L4PG	(0 a 300) psi	INN-31576	NINGUNA
14	66010	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX	(-30 a 500) °C	55751116MV	NINGUNA
15	66011	Detector de fugas de refrigerante	ELITECH	Inframate D	VER ESPECIFICACIONES	090101108	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Sonda X1 Cable USB X1 Linterna
16	66012	Balanza Digital	ELITECH	LMC-200	(0 a 100) kg	090103007	NINGUNA Accesorios: Caja + Estuche del equipo
17	66013	Manómetro Analógico	QE	N/A	(0 a 800) psi	INN-22773	NINGUNA
18	66014	Manovacuómetro	QE	N/A	(0 a 500) psi (-30 a 0) inHg	INN-22774	NINGUNA
19	66015	Manómetro Analógico	Everwell	CT-536G-410	(0 a 800) psi	INN-66015	NINGUNA
20	66016	Manovacuómetro	Everwell	CT-536G-410	(0 a 500) psi (-30 a 0) inHg	INN-66016	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo X2 Mangueras
21	66017	Termohigrómetro Res. 0.1	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR	31401196	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo requiere baterías (X4-3A) Accesorios: Estuche del equipo Manual

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

--

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14200

Asesor:

FB

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...