

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                               |            |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cliente:   | QUIFATEX S.A.                                                                 |            |                  |
| RUC:       | 1790371506001                                                                 | Fecha:     | 7/23/25, 2:53 PM |
| Dirección: | Panamericana Norte km 14.5 entre pasaje Cepeda y Calle Leonidas Proaño, QUITO |            |                  |
| e-mail:    | brayan.caizaluisa@quifatex.com                                                | Teléfonos: | 2995100 ext.     |
| Contacto:  | Ing. Brayan Caizaluisa                                                        | Cargo:     | Especialista de  |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                  | Marca  | Modelo   | Intervalo                      | Serie        | Observaciones Específicas  |
|-----|---------|------------------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | 59332   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024963MH | Se calibra solo en humedad |
| 2   | 59333   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C102496560 | Se calibra solo en humedad |
| 3   | 59334   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024962C5 | Se calibra solo en humedad |
| 4   | 59335   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024964WT | Se calibra solo en humedad |
| 5   | 59336   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024960SH | Se calibra solo en humedad |
| 6   | 59337   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024967QT | Se calibra solo en humedad |
| 7   | 59338   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C10249612O | Se calibra solo en humedad |
| 8   | 59339   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C1024958R5 | Se calibra solo en humedad |
| 9   | 59340   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C10249591C | Se calibra solo en humedad |
| 10  | 59341   | Termohigrometro (datalogger) | LOGTAG | UHADO-16 | (-30 a 70) °C<br>(0 a 100) %HR | A0C102495230 | Se calibra solo en humedad |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                     |                                       |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | recepcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:              |                                       |