

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	MEDILABOR S.A.		
RUC:	1791412559001	Fecha:	8/19/25, 11:28 AM
Dirección:	Calle Paraíso OE 5-468 y calle el Edén, POMASQUI (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	repcionquito@medilaborsa.com	Teléfonos:	593 95 870 0345/
Contacto:	MARVIN GOMEZ	Cargo:	Asistente

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60157	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-5+	(-30 a 70) °C	EFI20C105251	NINGUNA
2	60158	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-5+	(-30 a 70) °C	EFI20C105231	NINGUNA
3	60159	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-5+	(-30 a 70) °C	EFI20C105248	NINGUNA
4	60160	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-5+	(-30 a 70) °C	EFI20C105237	NINGUNA
5	60161	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-5+	(-30 a 70) °C	EFI20C105242	NINGUNA
6	60162	Termómetro Digital	ALLA FRANCE	91000-009/A	(-50 a 70) °C	E-02336	NINGUNA
7	60163	Termómetro Digital	ALLA FRANCE	91000-009/A	(-50 a 70) °C	INN-T-19-192	Tiene el cable del sensor roto
8	60164	Termómetro Digital	THOMAS SCIENTIFIC	1222W21	(-10 a 70) °C	181303225	Tiene el cable de la sonda roto Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
9	60165	Termómetro Digital	THOMAS SCIENTIFIC	1222W21	(-10 a 70) °C	150637228	NINGUNA
10	60166	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	BT-3	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR	INN-H19-178	NINGUNA
11	60167	Termohigrómetro Res. 0.1	ELICROM	N/A	(-10 a 50) °C (20 a 99) %HR	DT-GYE	NINGUNA
12	60169	Termohigrómetro Res. 0.1	TAYLOR	1523	(-40 a 85) °C (0 a 100) %HR	E-00628	NINGUNA
13	60170	Termohigrómetro Res. 0.1	TAYLOR	1523	(-40 a 85) °C (0 a 100) %HR	E-00630	NINGUNA
14	60171	Termohigrómetro Res. 0.1	TAYLOR	1523	(-40 a 85) °C (0 a 100) %HR	E-00627	NINGUNA
15	60175	Termohigrómetro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7248101146	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
16	60176	Termohigrómetro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7248101147	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
17	60177	Termohigrómetro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7248101148	NINGUNA
18	60178	Termohigrómetro (datalogger)	ELICROM	ELC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7248101149	NINGUNA
19	60180	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX+	(-30 a 650) °C	61091633MV	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12851

Asesor:

FB

Entregó al
Laboratorio:

Firma:

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...