

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                |            |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cliente:   | JAMES BROWN PHARMA C.A.                                        |            |                    |
| RUC:       | 1790462854001                                                  | Fecha:     | 9/1/25, 9:32 AM    |
| Dirección: | AVENIDA INTEROCEÁNICA KM 23 1/2 Y PASAJE COSTA SAMBRONE, QUITO |            |                    |
| e-mail:    | dguagrilla@jamesbrownpharma.com                                | Teléfonos: | 02) 399 7000/098   |
| Contacto:  | Ing. Diego Guagrilla                                           | Cargo:     | Control de Calidad |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                  | Marca   | Modelo  | Intervalo                                       | Serie        | Observaciones Específicas                                  |
|-----|---------|------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 60749   | Termohigrómetro Res. 0.1     | ELICROM | TH-0511 | (-50 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR<br>(20 a 99) %HR | JBP-THGM-281 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa        |
| 2   | 60750   | Termohigrómetro Res. 0.1     | ELICROM | TH-0511 | (-50 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR<br>(20 a 99) %HR | JBP-THGM-280 | NINGUNA                                                    |
| 3   | 60751   | Termohigrómetro Res. 0.1     | ELICROM | TH-0511 | (-50 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR<br>(20 a 99) %HR | JBP-THGM-279 | NINGUNA                                                    |
| 4   | 60752   | Termohigrómetro Res. 0.1     | BRANNAN | N/A     | (-50 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR<br>(20 a 99) %HR | JBP-THGM-168 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa        |
| 5   | 60753   | Termohigrómetro Res. 0.1     | ELITECH | GSP-6   | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR                  | EFG237102244 | NINGUNA<br>Accesorios: X2 Sonda de medición Externa        |
| 6   | 60754   | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC  | (-30 a 60) °C<br>(20 a 90) %HR                  | EF7212102481 | NINGUNA                                                    |
| 7   | 60755   | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | ELC-4HC | (-30 a 60) °C<br>(20 a 90) %HR                  | EF7235100125 | NINGUNA                                                    |
| 8   | 60756   | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | ELC-4HC | (-30 a 60) °C<br>(20 a 90) %HR                  | EF7235100148 | NINGUNA                                                    |
| 9   | 60757   | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | ELC-4HC | (-30 a 60) °C<br>(20 a 90) %HR                  | EF7235100126 | NINGUNA                                                    |
| 10  | 60758   | Tacómetro                    | EXTECH  | RPM10   | (10 a 99999) rpm                                | H.346014     | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del equipo X3 Puntas Manual |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                     |                                     |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | repcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:              |                                     |