

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS COMPANIA		
RUC:	1790764931001	Fecha:	10/20/25, 12:32 PM
Dirección:	COCHAPAMBA / AV ALONSO DE TORRES SN Y AV EDMUNDO CARVAJAL, QUITO		
e-mail:	operaciones@insep-ec.com	Teléfonos:	/+593 99 841 5170
Contacto:	Ricardo Calderón P.	Cargo:	

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62542	Cinta de aforo	LUFKIN	N/A	(0 a 30) m	2181	NINGUNA Accesorios: Caja de cartón X1 Punta de cobre X1 Mango de sujeción
2	62543	Cinta de aforo	LUFKIN	N/A	(0 a 30) m	2182	NINGUNA Accesorios: Caja de cartón X1 Punta de cobre X1 Mango de sujeción
3	62544	Termómetro Digital	THERMOPROBE	TP7-C	(-40 a 204) °C	7C-16381	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Caja de cartón
4	62545	Termómetro Digital	THERMO PROBE INC	TL1-A	(-40 a 200) °C	20890	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo Manual

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	