

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13595

Asesor:

EIC

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS		
RUC:	0190070301001	Fecha:	11/17/25, 10:06 AM
Dirección:	AZUAY / CUENCA / NULTI / PANAMERICANA NORTE S/N, CUENCA (AZUAY), ECUADOR		
e-mail:	fleon@austrogas.com.ec	Teléfonos:	/+593 99 825 2933
Contacto:	ING. FELIPE LEÓN	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	63349	Balanza [>20 a 100] kg	AVERY WEIGH TRONIX	ZM405-SD3	(0 a 100) kg	184551713	En Sitio: 60 kg Error 0
2	63350	Balanza	CAMRY	TCS-300-JCS611ZB	(0 a 300) Kg	INN-63350	Ajustada a 300 kg , Error 0
3	63366	Balanza [>20 a 100] kg	Troya	Troya III	(0 a 120) Kg	74195C 1594	Calibración In Situ
4	63367	Balanza [>20 a 100] kg	Troya	Troya III	(0 a 120) Kg	74634C 1594	Calibración In Situ
5	63368	Balanza [>20 a 100] kg	Troya	Troya III	(0 a 120) Kg	74130C 1594	Calibración In Situ
6	63369	Balanza [>20 a 100] kg	Troya	Troya III	(0 a 120) Kg	74642C 1594	Calibración In Situ
7	63370	Balanza [>20 a 100] kg	Troya	Troya III	(0 a 120) Kg	74128C 1594	Calibración In Situ
8	63371	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/01	Calibración In Situ
9	63372	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/02	Calibración In Situ
10	63373	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/03	Calibración In Situ
11	63374	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/04	Calibración In Situ
12	63375	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/05	Calibración In Situ
13	63376	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/06	Calibración In Situ
14	63377	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/07	Calibración In Situ
15	63378	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/08	Calibración In Situ
16	63379	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/09	Calibración In Situ
17	63380	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/10	Calibración In Situ
18	63381	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/11	Calibración In Situ
19	63382	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/12	Calibración In Situ
20	63383	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/13	Calibración In Situ
21	63384	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/14	Calibración In Situ
22	63385	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/15	Calibración In Situ
23	63386	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/16	Calibración In Situ
24	63387	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/17	Calibración In Situ
25	63388	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/18	Calibración In Situ
26	63389	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/19	Calibración In Situ
27	63390	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/20	Calibración In Situ

28	63391	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/21	Calibración In Situ
29	63392	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/22	Calibración In Situ
30	63393	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/23	Calibración In Situ
31	63394	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	01 1834/24	Calibración In Situ
32	63395	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-345	Calibración In Situ
33	63396	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-358	Calibración In Situ
34	63397	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-350	Calibración In Situ
35	63398	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-356	Calibración In Situ
36	63399	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-343	Calibración In Situ
37	63400	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-341	Calibración In Situ
38	63401	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-353	Calibración In Situ
39	63402	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-348	Calibración In Situ
40	63403	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-355	Calibración In Situ
41	63404	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-333	Calibración In Situ
42	63405	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-334	Calibración In Situ
43	63406	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-342	Calibración In Situ
44	63407	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-352	Calibración In Situ
45	63408	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-359	Calibración In Situ
46	63409	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-360	Calibración In Situ
47	63410	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-331	Calibración In Situ
48	63411	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-344	Calibración In Situ
49	63412	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-349	Calibración In Situ
50	63413	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-351	Calibración In Situ
51	63414	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-133	Calibración In Situ
52	63415	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-347	Calibración In Situ
53	63416	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-346	Calibración In Situ
54	63417	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-354	Calibración In Situ
55	63418	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230209-332	Calibración In Situ
56	63419	Balanza [>20 a 100] kg	KOSAN CRISPLANT	UFM	(0 a 100) kg	230515-385	BALANZA CONTROL DE PESO CARRUSEL #2
57	63420	Balanza [>20 a 100] kg	MAQ	RJ-TCS-C+-- 8005-3	(0 a 120) Kg	230210250	BALANZA MOVIL CARRUSEL #2
58	63421	Balanza mediana	SIRAGA	ULIS II	(60 a 600) Kg	261569	BALANZA CONTROL DE PESO SIRAGA #1
59	63422	Balanza mediana	SIRAGA	ULIS II	(60 a 600) Kg	054348	BALANZA AJUSTE DE PESO SIRAGA #1
60	63423	Detector de Gases	MSA	NA	VER ESPECIFICACIONES	A-02/16-01778	Zona de tanques de almacenamiento GLP #1
61	63424	Balanza	Cardinal	180	VER ESPECIFICACIONES	E31315-0117	Calibración In Situ
62	63425	Detector de gas	HONEYWELL	XCD	VER ESPECIFICACIONES	K0354025341377	Zona de bombas Detector de gas 3

63	63426	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNF-0304	Línea de embarque Sirga Detector de gas 4
64	63427	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNF-0307	Línea de embarque Sirga Detector de gas 5
65	63428	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNF-0295	Línea de embarque Kosan Detector de gas 7
66	63429	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNF-0306	Línea de embarque Kosan Detector de gas 6
67	63430	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNF-0314	Zona de lavado Detector de gas 8
68	63431	Balanza grandes	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	041221	balanza pesado de camiones
69	63452	Balanza [>20 a 100] kg	SISBAL	SYP	(0 a 100) kg	3746	Calibración In Situ
70	63453	Detector de Gases	DRAGER	NA	VER ESPECIFICACIONES	ARNJ-0794	Calibración In Situ
71	63482	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3741	VENTANAS
72	63483	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3742	VENTANAS
73	63484	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 100) kg	05 3743	VENTANAS
74	63485	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3744	VENTANAS
75	63486	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3745	VENTANAS
76	63487	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3746	VENTANAS
77	63488	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3747	VENTANAS
78	63489	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3748	VENTANAS
79	63490	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3749	VENTANAS
80	63491	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3750	VENTANAS
81	63492	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3751	VENTANAS
82	63493	Balanza [>20 a 100] kg	SIRAGA	ULIS II	(0 a 120) Kg	05 3752	VENTANAS
83	63494	Balanza [>20 a 100] kg	OHAUS	T31P	(0 a 100) kg	B703604271	VENTANAS
84	63495	Detector de Gases	HONEYWELL	NA	VER ESPECIFICACIONES	K0354021031184	VENTANAS
85	63496	Detector de Gases	HONEYWELL	NA	VER ESPECIFICACIONES	K0354021041692	VENTANAS
86	63497	Balanza [>10000 a 20000] kg	Wright	NA	(0 a 80000) kg	280820	VENTANAS Balanza de camiones

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1751578731	Isaac Calle H.	laboratorio4@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	