

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--|------------|------------------|
| Cliente: | SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA | | |
| RUC: | 0501752943001 | Fecha: | 1/17/25, 9:05 AM |
| Dirección: | MACHALA N54-202 Y JORGE PIEDRA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR | | |
| e-mail: | disfasur_norte@hotmail.es | Teléfonos: | 3301514/ |
| Contacto: | ING. EDDY GUZMÁN | Cargo: | Gerente General |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|--------------------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | 53162 | Termohigrómetro Res. 0.1 | ST | S-DHT | (-10 a 50) °C (20 a 99) %HR | INN-22237 | El equipo No tiene tapa de batería |
| 2 | 53163 | Termohigrómetro Res. 0.1 | SMART ELECTRIC | S-DHT | (-5 a 50) °C (20 a 99) %HR | INN-H-17-364 | NINGUNA |
| 3 | 53164 | Termohigrómetro Res. 0.1 | SMART ELECTRIC | S-DHT | (-5 a 50) °C (20 a 99) %HR | INN-H-17-363 | El equipo tiene la batería agotada requiere cambio (X1-3A) |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Elaborado por: | 1725499238 | Fernando Betancourt | repcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |