

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	FERTISA AGIF C.L.		
RUC:	0993208086001	Fecha:	3/10/26, 8:27 AM
Dirección:	XIMENA / AV JUAN BOSCO SN Y AV CARCHI, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	npena@favoritafc.com	Teléfonos:	043846640/0991053
Contacto:	ING. NELSON PEÑA	Cargo:	Analista de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66944	Termohigrómetro Res. 0.1	TAYLOR	1523	(-10 a 50) °C (20 a 99) %HR	EP-TER-21	NINGUNA
2	66945	Termohigrómetro	HUATO	A2000	(-40 a 85) °C (0 a 100) %HR	H2000FL598	El Equipo NO enciende, por batería agotada (X1-9v) Al equipo le suena algo suelto internamente Accesorios: X1 Sensor
3	66946	Term. Líquido en Vidrio	N/A	N/A	(-10 a 200) °C	EL-02-TR	NINGUNA Accesorios: Estuche
4	66947	Flexómetro/Cinta	HOTDEAL	049488	(0 a 5) m	EL-02-FX	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	