

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cliente: | TECNOVA S.A. | | |
| RUC: | 0990032815001 | Fecha: | 3/13/26, 11:24 AM |
| Dirección: | TARQUI / AV. LAS MONJAS 10 Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, GUAYAQUIL | | |
| e-mail: | daniel.serrano@grupoberlin.com | Teléfonos: | 046005891/ |
| Contacto: | ING. DANIEL SERRANO | Cargo: | Analista de |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 1 | 67088 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | INN-67087 | NINGUNA |
| 2 | 67089 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | INN-670889 | NINGUNA |
| 3 | 67090 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | INN-670890 | NINGUNA |
| 4 | 67091 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | INN-670891 | NINGUNA |
| 5 | 67092 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | INN-670892 | NINGUNA |
| 6 | 67093 | Termohigrometro (datalogger) | ELICROM | ELC330TH | (-30 a 70) °C (0 a 100) %HR | C230720106 | NINGUNA |
| 7 | 67094 | Calibrador Pie de Rey | MITUTOYO | CD-18" C | (0 a 450) mm | 0029244 | NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN | | | |
| Elaborado por: | 1725499238 | Fernando Betancourt | recepcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |