

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP		
RUC:	1792371694001	Fecha:	3/16/26, 4:24 PM
Dirección:	LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	mbguachamin@cpp.com.ec	Teléfonos:	/980374930
Contacto:	ING.BELEN GUACHAMIN	Cargo:	JEFE DE CALIDAD

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67185	Desfibrilador	SCHILLER	FRED easy	(0 a 360) J	058990077320	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Juego de parches abiertos
2	67186	Nebulizador	Donatti	DH-1	VER ESPECIFICACIONES	101107	NINGUNA
3	67187	Vacuómetro de Succionador	CORMOS	11010/LN	(0 a -100) kPa	2201810244	NINGUNA Accesorios: Maleta del equipo X1 Recipiente plástico X1 Cable de poder a 12v
4	67188	Doppler fetal	Edan	SD3 PRO	VER ESPECIFICACIONES	560027- M23600450028	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cargador
5	67189	Ventilador de traslado asistido	Allied	EPV200	VER ESPECIFICACIONES	20091103066	NINGUNA
6	67190	MONITOR MULTIPARAMETRO	MINDRAY	BeneHeart D3	(0 a 360) J	EZ-9C029913	NINGUNA Accesorios: X1 Cable de poder X1 Cable multiconexión
7	67191	Desfibrilador + Monitor de Signos Vitales	SCHILLER	DG4000	VER ESPECIFICACIONES	108998109307	NINGUNA Accesorios: X1 Cable de poder X1 Cable multiconexión X1 Cable con conexión a oxímetro
8	67192	Lector de Termocuplas	FLUKE	51 II	(-200 a 1400) °C	97060124	El equipo tiene roto los terminales de baterías El equipo requiere baterías (X4-2A) Tiene roto el tornillo de la tapa de baterías
9	67193	Indicador de Rotación de Fase	FLUKE	9062	VER ESPECIFICACIONES	SS21530304	NINGUNA Accesorios: X1 Juego de 3 Cables de conexión
10	67194	Transductor de Presión	FLUKE	700P06	(0 a 100) psi	93200601	NINGUNA
11	67195	Transductor de Presión	FLUKE	700P06	(0 a 100) psi	23540602	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	