

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--|------------|--------------------|
| Cliente: | VILLACRES LUIS MANUEL EDUARDO | | |
| RUC: | 0602032773001 | Fecha: | 3/31/26, 1:14 PM |
| Dirección: | VELASCO / AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE 29-57 Y FEBRES CORDERO, RIOBAMBA | | |
| e-mail: | luisvillacresasf@gmail.com | Teléfonos: | 032945567/093 956 |
| Contacto: | Ing. Miriam Jaramillo | Cargo: | Control de Calidad |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|-----------------|----------|---------|--------------------------------|-----------|---|
| 1 | 67799 | Termohigrómetro | NA | HTC-2 | (-50 a 70) °C (10 a 99) %HR | INN-21218 | El equipo No enciende pese a probarle con una batería nueva |
| 2 | 67800 | Termohigrómetro | NA | HTC-2 | (-50 a 70) °C (10 a 99) %HR | INN-21324 | El equipo No enciende pese a probarle con una batería nueva |
| 3 | 67801 | Termohigrómetro | N/A | HTC-2 | (-50 a 70) °C (10 a 99) %HR | INN-21325 | NINGUNA |
| 4 | 67802 | Termohigrómetro | BOECO | BOE 326 | (-50 a 70) °C (20 a 99) %HR | INN-21215 | NINGUNA |
| 5 | 67803 | Termohigrómetro | GLISTENY | N/A | (0 a 50) °C (20 a 99) %HR | INN-21217 | NINGUNA |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Elaborado por: | 1725499238 | Fernando Betancourt | repcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |