

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12590

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                |            |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cliente:   | ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER                                      |            |                  |
| RUC:       | 1711539328001                                                  | Fecha:     | 7/19/25, 4:17 PM |
| Dirección: | MANZANA 3 VILLA 21 MZ 3 V 21 Y VIA 10, DAULE (GUAYAS), ECUADOR |            |                  |
| e-mail:    | alexis.x.ortiz@gmail.com                                       | Teléfonos: | 0998113636/      |
| Contacto:  | ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER                                      | Cargo:     |                  |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                                        | Marca | Modelo | Intervalo         | Serie   | Observaciones Específicas                |
|-----|---------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|---------|------------------------------------------|
| 1   | 59186   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255924 | Florida L2 - Sección 1                   |
| 2   | 59187   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255925 | Florida L3 - Línea 3                     |
| 3   | 59188   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255923 | Florida L1 - Sección 1                   |
| 4   | 59189   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255922 | Chillos - Línea 4                        |
| 5   | 59190   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255920 | Chillos - Línea 2                        |
| 6   | 59191   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255921 | Chillos - Línea 3                        |
| 7   | 59192   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255851 | Carapungo - Línea 4                      |
| 8   | 59193   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255852 | Carapungo - Línea 5                      |
| 9   | 59194   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255848 | Carapungo - Línea 2                      |
| 10  | 59195   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255849 | Carapungo - Línea 3                      |
| 11  | 59196   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255919 | CRTV Isidro Línea 4                      |
| 12  | 59197   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255917 | CRTV Isidro Línea 2                      |
| 13  | 59198   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255918 | Isidro - Línea 3                         |
| 14  | 59199   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255856 | Guamaní L4 alambre salido<br>(microfono) |
| 15  | 59200   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255853 | Guamaní L1                               |
| 16  | 59201   | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250  | (16.5 a 140.1) dB | T255857 | Guamaní L5                               |

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12590

Asesor:

EE

|    |       |                                                    |       |       |                   |         |            |
|----|-------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------|------------|
| 17 | 59202 | Sonómetro<br>(Calibración Eléctrica +<br>Acústica) | CESVA | SC250 | (16.5 a 140.1) dB | T255855 | Guamaní L2 |
|----|-------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------|------------|

| OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN |            |                    |                                         |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                         |            |                    |                                         |
| Elaborado por:                          | 1719064121 | Estephania Estrada | asistencia.tecnica2@group-innovatec.com |
| Entregó al<br>Laboratorio:              |            | Firma:             |                                         |