

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-12245

Asesor:

FB

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |  |            |                   |
|------------|--|------------|-------------------|
| Cliente:   | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR     |            |                   |
| RUC:       | 1768153530001  | Fecha:     | 6/11/25, 10:06 AM |
| Dirección: | ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                   |
| e-mail:    | Diego.Chachalo@eppetroecuador.ec                                 | Teléfonos: | +593 98 189 8857/ |
| Contacto:  | DIEGO CHACHALO   |            | Cargo:            |

## DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento              | Marca                | Modelo    | Intervalo            | Serie      | Observaciones Específicas   |
|-----|---------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|---|
| 1   | 57859   | Multímetro               | FLUKE                | 287       | VER ESPECIFICACIONES | INN-57859  | Calibrar en 0.5, 50, 100, 500 1000 Voltaje y 0.25, 0.1, 2.5, 3, 5 Amperaje<br>Accesarios: X1 Par de Cables de conexión X1 Par de terminales tipo lagartos   |
| 2   | 57863   | Multímetro               | UNI-T                | UT161D    | VER ESPECIFICACIONES | C233371869 | Calibrar en 0.5, 50, 100, 500 1000 Voltaje y 0.25, 0.1, 2.5, 3, 5 Amperaje<br>Accesarios: Caja + Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión X1 Adaptador X1 Termocupla X1 Cable usb Manuales |
| 3   | 57864   | Divisor de Voltaje       | Cal Test Electronics | CT2700A   | VER ESPECIFICACIONES | 20240617   | Calibrar en 1000V, 5000V, 10000V<br>Accesarios: Estuche del equipo X1 Acoples   |
| 4   | 57866   | Generador /Transformador | N/A                  | TDGC2-2KM | VER ESPECIFICACIONES | INN-57866  | Calibrar en 0.5V, 30V, 60V<br>Accesarios: Caja de cartón  |

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                     |                                       |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | reception.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:              |                                       |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesora,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...