

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional

INNOVATEC
Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13402

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AVIANCA - ECUADOR S.A.		
RUC:	1790727203001	Fecha:	10/21/25, 9:04 AM
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	bernardo.prieto@avianca.com	Teléfonos:	0123456789/
Contacto:	BERNARDO PRIETO	Cargo:	ENCARGADO DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62572	Manómetro Analógico	Continental	N/A	(0 a 4000) psi	AGL-54	La mica protectora tiene un roto a un costado PartNumber: 04000 PSI R4940325 Interval: 365
2	62573	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T26332	PartNumber: 0-3000 PSI R4940025 Interval: 365
3	62574	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 2.5"	(0 a 400) psi	RD338726	PartNumber: 0-400 PSI R4941925 Interval: 180 Accesorios: Caja del equipo
4	62575	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 2.5"	(0 a 400) psi	RD3348729	PartNumber: 0-400 PSI R5012125 Interval: 180 Accesorios: Caja del equipo
5	62576	DIGITAL TIRE GAUGE	OMEGA	DPG8001-300	(0 a 300) psi	25042901004	PartNumber: DPG8001-300 R5128235 Interval: 180 Accesorios: Caja del Equipo X1 Bolsa Manual
6	62577	DIGITAL TIRE GAUGE	OMEGA	DPG8001-300	(0 a 300) psi	25042901003	PartNumber: DPG8001-300 R5128225 Interval: 180 Accesorios: Caja del Equipo X1 Bolsa Manual
7	62578	Manómetro digital	OMEGA	DPG8001-300	(0 a 300) psi	21062112002	El equipo tiene una fisura en la manguera El equipo esta trizado en la parte inferior PartNumber: DPG8001-300 R5155225 Interval: 180
8	62579	Regulador de presión	USG	N/A	(0 a 4000) psi (0 a 6000) psi	RD1852745	PartNumber: SR4J-680 R4940225 Interval: 365 Accesorios: El equipo consta de dos manómetros
9	62580	MULTIMETER	FLUKE	87V	VER ESPECIFICACIONES	18330546	El equipo No enciende por falta de Requiere Batería (X1-9v) PartNumber: FLUKE-87 R4981425 Interval: 365 Accesorios: X1 Par de Cables de conexión
10	62581	MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD	BLUE-POINT	N/A	(0 a 6) in	070107573	PartNumber: 0-6 PLUG 0,001 PULG R4940125 Interval: 365 Accesorios: Estuche del equipo X6 Extensones X3 Llaves
11	62582	TORQUE WRENCH CLICK 1/4 10-50 LBS-IN	PROTO	6060A	(10 a 50) in.lb	1116801730	PartNumber: 6060A R4992625 . Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo
12	62583	TORQUE WRENCH CLICK 1/4 10-50 LBS-IN	PROTO	6060A	(10 a 50) in.lb	0417802685	PartNumber: 6060A R4992525 Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo
13	62585	TORQUE WRENCH 100 A 600F	SNAP ON	TQFR50B	(100 a 600) in.lb	4355	PartNumber: TQFR50B R4992725 Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo
14	62586	TORQUE WRENCH CLICK 1/2 50-250 FT/LB	SNAP-ON	QD3R250	(50 a 250) ft.lb	0106400639	PartNumber: QD3R250 R4984025 Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo
15	62588	TORQUE WRENCH	PROTO	6016C	(30 a 150) ft.lb	DHE71287	PartNumber: 6016C R4992825 Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



RECEPCIÓN No.

2025-13402

Asesor:

FB

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

16	62589	TORQUE WRENCH CLICK 3/4 80-400 LB/FT	SNAP-ON	QD4R400A	(75 a 400) ft.lb	0218601316	PartNumber: QD4R400A R4974425 Interval: 270 Accesories: Estuche del equipo
----	-------	--	---------	----------	------------------	------------	--

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	reception.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...