

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	ENKADOR SA		
RUC:	1790093840001	Fecha:	1/3/24, 1:09 PM
Dirección:	BARRIO SELVA ALEGRE KM1, VIA A SAN FERNANDO, RUMIÑAHUI (PICHINCHA),		
e-mail:	mantenimiento_mecanico@enkador.com	Teléfonos:	3959260/099 719
Contacto:	Ing. César Simbaña	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	41614	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142213	Calibración In Situ; Transformador M1 Accesorios: NA
2	41616	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142214	Calibración In Situ; Transformador M6 Accesorios: NA
3	41617	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142228	Calibración In Situ; Transformador M13 Accesorios: NA
4	41618	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142219	Calibración In Situ; Transformador M12 Accesorios: NA
5	41619	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142220	Calibración In Situ; Transformador M5 Accesorios: NA
6	41620	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142199	Calibración In Situ; Transformador M7 Accesorios: NA
7	41621	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142190	Calibración In Situ; Transformador M8 Accesorios: NA
8	41622	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142189	Calibración In Situ; Transformador M9 Accesorios: NA
9	41623	Medidor de Potencia	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyLogic PM2100	VER ESPECIFICACIONES	540210142191	Calibración In Situ; Transformador M9 Accesorios: NA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	0916348741	Ing. Mateo Andrés Bórquez	gerencia.tecnica@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	