

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO S.A. INCOPALMITO		
RUC:	0992356588001	Fecha:	8/27/24, 2:05 PM
Dirección:	Via Santo Domingo Quininde km 205 Cantón Quininde, ROSA ZARATE (QUININDE)		
e-mail:	robertop732@incopalmito.com	Teléfonos:	062995000/
Contacto:	Roberto Peñarreta	Cargo:	Dpto de

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	48970	Balanza Digital	OHAUS	T32XW	(0 a 5000) g	B621499638	El equipo requiere revisión técnica y luego calibración El plato del equipo esta torcido no asienta bien en la celda
2	49004	Balanza Digital	Avery Weigh-Tronix	ZQ375-SD1	(0 a 4700) g	184450470	El equipo requiere revisión técnica y luego calibración
3	49006	Balanza Digital	Avery Weigh-Tronix	ZQ375-SD1	(0 a 4700) g	184450472	El equipo requiere revisión técnica y luego calibración El equipo No enciende pese a estar conectado
4	49007	Balanza Digital	OHAUS	T32XW	(0 a 5000) g	B621499683	El equipo requiere revisión técnica y luego calibración
5	49008	Balanza Digital	WATERPROOF	WSS	(0 a 5000) g	XH2004009446	El equipo fue calibrado insitu, pero requiere Revisión en la parte de botones
6	49010	Balanza Digital	OHAUS	T31P	VER ESPECIFICACIONES	B410352626	El equipo requiere revisión técnica y luego calibración El equipo No enciende pese a estar conectado

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	