

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR		
RUC:	1768153530001	Fecha:	4/11/25, 11:46 AM
Dirección:	ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	estefania.jimenez@eppetroecuador.ec	Teléfonos:	593022993700/
Contacto:	ESTEFANIA JIMENEZ	Cargo:	Tecnico de

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	55900	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	568 IR	(-40 a 800) °C	24920170	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Termocupla
2	55902	MICRÓMETRO ANALÓGO	BLUE POINT	N/A	(0 a 1) in	120563361	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
3	55903	MICRÓMETRO ANALÓGO	BLUE POINT	N/A	(1 a 2) in	120574840	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
4	55904	MICRÓMETRO ANALÓGO	BLUE POINT	N/A	(2 a 3) in	120555372	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
5	55905	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX-B	(0 a 200) mm	18905923	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
6	55906	MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD	BLUE POINT	N/A	(0 a 6) in	120745601	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X6 Extensiones X2 Llaves
7	55908	Probador digital de pulseras y calzado	SCS	770030	VER ESPECIFICACIONES	7700301825014	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
8	55909	Megóhmetro	SCS	00701	VER ESPECIFICACIONES	007011742013	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X2 Bases de descarga electrostática X1 Par de Cables de conexión
9	55933	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-45557	EL cristal del manómetro esta roto
10	55934	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-34843	El cristal del manómetro tiene una fisura
11	55935	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-34845	El cristal del manómetro tiene una fisura
12	55936	Manómetro analógico	N/A	N/A	(0 a 4000) psi	C-91629	NINGUNA
13	55937	Manómetro analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 100) psi	1902110	El manómetro tiene roto la aguja
14	55938	Manómetro analógico	N/A	N/A	(0 a 6000) psi	T-7326	NINGUNA
15	55939	Manómetro analógico	N/A	N/A	(0 a 4000) psi	T-12398	NINGUNA
16	55940	Manómetro analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 100) psi	19021110	El manómetro no tiene glicerina y no tiene el tapón
17	55941	Manómetro analógico	WIKA	N/A	(0 a 1000) psi	T-12378	NINGUNA
18	55942	Manómetro analógico	N/A	N/A	(0 a 10) inHg	D8596	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		