

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	ENKADOR SA		
RUC:	1790093840001	Fecha:	11/7/25, 9:28 AM
Dirección:	BARRIO SELVA ALEGRE KM1, VIA A SAN FERNANDO, RUMIÑAHUI (PICHINCHA),		
e-mail:	ingenieria_resinas@enkador.com	Teléfonos:	+593 98 701
Contacto:	ALEXIS IZA	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	63079	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-340.1	En Sitio 60 75 85
2	63089	Controlador de Temperatura	VOLTON	1xJ BJ.09/17	(-180 a 750) °C	TE3- 29B1	T: 150; 210; 250 Accesorios: En Sitio
3	63101	Controlador de Temperatura	VOLTON	1xJ BJ.09/17	(-180 a 750) °C	TE2- 329B1	T: 100; 190; 220
4	63103	Controlador de Temperatura	VOLTON	1xJ BJ.09/17	(-180 a 750) °C	TE1- 229B1	En Sitio T: 100; 190; 220
5	63104	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-332.1	En Sitio 60 75 85
6	63105	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-330.1	En Sitio 60 75 85
7	63106	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-370.1	En Sitio 60 75 85
8	63107	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-450.1	En Sitio 60 75 85
9	63108	Transmisor de Presión	ENDRESS+HAUSER	CERABAR T	(0 a 100) mbar	PMC 131-A15F1D20	Rango de medición: 0 a 1.6 Bar
10	63109	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-470.1	En Sitio 60 75 85
11	63114	Termocupla / Termopar [3pts]	DIN	Pt100	VER ESPECIFICACIONES	TW-23B2.2	T: 75
12	63117	Termocupla / Termopar [3pts]	VOLTON	1xJ BJ.09/17	VER ESPECIFICACIONES	TW-26B13	T: 140 160
13	63126	Termocupla / Termopar [3pts]	VOLTON	1xJ BJ.09/17	VER ESPECIFICACIONES	TW-33B2	T: 160 Y 285

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1751578731	Isaac Calle H.	laboratorio4@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	