

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SEPRICARGA CIA. LTDA.		
RUC:	1791740599001	Fecha:	3/14/26, 7:29 AM
Dirección:	AV ELOY ALFARO N72 266 Y ENRIQUE GUERRERO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	elizabeth.penañiel@urbano.com.ec	Teléfonos:	3731660 Ext: 5161/
Contacto:	ING. ELIZABETH PEÑAFIEL	Cargo:	Técnico

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67149	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	867162025709874	T: 13.3, 12.9; 11.7 H: 68.5 %, 71.1%; 77 Comparación T: 11.6 H: 85% Accesorios: NA
2	67150	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	867162025714353	T: 12.4, 12.4; 12.3 H: 73.0%, 72.9%; 73.7% Comparación T: 10.9 H: 83% Accesorios: NA
3	67151	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	865235053910853	En Sitio T: 11.0, 12.3 H: 80.6%, 76.5% Comparación T: H: Accesorios: NA
4	67152	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	867162027954320	T: 15.4 H: 68.8 Comparación T: 15.25, 15.54 H: 71.2, 63%; 64% Accesorios: NA
5	67153	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	867162027485705	T: 16.0: 16.3 H: 66.1; 65.7% Comparación T: 16.0, 16.0 H: 62.0%, 62.0% Accesorios: NA
6	67154	Controladores temperatura y humedad	QUECLINK	GV300W	(0 a 80) HR	867162025691718	T: 16.3; 16.8 H: 69.7%; 68.6% Comparación T: 14.5; 19 H: 65.0%; 65.0% Accesorios: NA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1751578731	Isaac Calle H.	laboratorio4@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		