



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Alto

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Se realiza mantenimiento de la balanza de este equipo, según orden de compra.

Como es un sistema de Dilución, se realizará inspección básica a los cartuchos de las bombas peristálticas.

ASIGNADOS

 Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**53754 - Equipo de Dilución
gravimétrica Dilucult**



 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☐ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☐ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☐ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:27 AM

Limpieza General:

- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☐ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2


Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:27 AM


Estado actual del sistema(observaciones):

✓ Aprobado

Alerta

Falla



**Notas:**

Se realizaron las pruebas correspondientes al bien funcionamiento de las Balanzas de este sistema.

Luego de la limpieza se realizó ajuste y se probó nuevamente el desempeño.

Se realizó inspección de los cabezales de las no bombas.

La predica de excentricidad no se realiza, en su lugar se realiza la prueba por puntos de apoyo.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:27 AM

Realiza la inspección :

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:31 AM

Fecha del servicio:

06/18/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:31 AM

Por parte del cliente :

J P

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:47 AM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:47 AM

❶ INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/18/2025, 10:55 AM

Last updated on 06/18/2025, 11:47 AM

Completado el 06/18/2025, 11:47 AM