



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58599

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-03

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-11

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-11

Cliente (Client): INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
 LA NINA E8-52 DIEGO DE ALMAGRO, QUITO, PICHINCHA (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Weld Fillet Gage	Int. de Medición: (3 a 25) mm	Ubicación (Location): *****
Marca (Brand): G.A.L GAGE GO	(Measurement Range)	Lugar de Calibración Lab. Innovatec /
Modelo (Model): 269-465-5750	Serie (Serial #): FYI-8100J	(Place of Calibration): Innovatec's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-34

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (20.59 °C a 20.61 °C) **Humedad (Humidity):** (71.84 %HR a 72.13 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Bloques (mm)	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000057-1	2025-01-02	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver resultados en Hoja adjuntada

See results on attached sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 58599
Fecha de Calibración: 2025-07-11

Equipo (Instrument): Weld Fillet Gage
Marca (Brand): G.A.L GAGE GO

Identificación (Identification)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Throat Thickness	3mm	3 mm	3 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	4mm	4 mm	4 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	5mm	5 mm	5 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	6mm	6 mm	6 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	8mm	8 mm	8 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	9mm	9 mm	9 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	10mm	10 mm	10 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	11mm	11 mm	11 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	12mm	12 mm	12 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	14mm	14 mm	14 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	16mm	16 mm	16 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	19mm	19 mm	19 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	22mm	22 mm	22 mm	0 mm	± 0.59 µm
Throat Thickness	25mm	25 mm	25 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	3mm	3 mm	3 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	4mm	4 mm	4 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	5mm	5 mm	5 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	6mm	6 mm	6 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	8mm	8 mm	8 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	9mm	9 mm	9 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	10mm	10 mm	10 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	11mm	11 mm	11 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	12mm	12 mm	12 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	14mm	14 mm	14 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	16mm	16 mm	16 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	19mm	19 mm	19 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	22mm	22 mm	22 mm	0 mm	± 0.59 µm
Leg Length	25mm	25 mm	25 mm	0 mm	± 0.59 µm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-